

广西壮族自治区柳州市市场监督管理局 广西壮族自治区柳州市生态环境局

柳州市市场监督管理局 柳州市生态环境局 关于 2025 年柳州市生态环境检验检测机构 监督检查结果的通报

各县（区）生态环境局、市场监管局，各有关生态环境检验检测机构：

为加强全市生态环境检验检测机构监督管理，规范生态环境检验检测行为，防范和惩治检测数据弄虚作假，2025 年 10 月起，柳州市市场监督管理局、柳州市生态环境局联合开展了 2025 年柳州市生态环境检验检测机构监督检查工作。现将检查结果通报如下：

一、基本情况

本次监督检查对象为纳入“广西壮族自治区生态环境监测服务社会化机构名录管理系统”，且在柳州市辖区内开展业务的 8 家生态环境检验检测机构。检查内容涵盖机构场所与环境、设备设施、文件控制、分包管理、方法的选择与验证、样品处置、记录与保存等关键要素。

从检查的总体情况看，大部分机构能够认真执行国家法律法规及标准规范，建立并持续改进质量管理体系，客观、公正地开

展工作，服务质量和规范性不断提升。针对发现的问题，依据情节轻重，对 8 家机构实施了分类处置：其中，对 1 家存在管理不规范问题的机构，要求其自行整改并提交整改报告；对 5 家存在违反《检验检测机构监督管理办法》有关规定情形的机构，依法责令限期改正；对 2 家涉嫌存在违规行为的机构，在责令限期改正的同时，启动进一步调查处理程序。总体来看，我市生态环境检验检测市场秩序基本规范，监测服务质量基本能够满足当前环境管理与服务需求。

二、存在问题

本次检查发现，部分机构在质量管理体系运行和检测过程规范性方面仍存在突出问题，主要集中在以下方面：

（一）原始记录和检测报告不规范。部分机构存在原始记录信息不全、审核流程缺失、记录规范性不足等问题，影响数据溯源性。具体表现为：原始记录缺少样品预处理时间、实验室用水监控结论等关键信息；记录签字不规范，存在仅一名检测人员签字、无校核人签字、确认与复核为同一人签字等情况；三级审核制度未落实，部分监测方案及原始记录未经审核；原始记录中存在明显逻辑错误或疑点，例如，使用 4 台不同仪器在厂界周边 4 个不同点位采集颗粒物样品，但所有采集时段记录的标况体积均一致，数据真实性存疑。

（二）资质与分包管理混乱。个别机构法律意识淡薄，存在超出资质认定范围出具检验检测报告的情况。例如，机构在自身

未获“臭气浓度”“沙门氏菌”等项目资质的情况下，将分包结果直接纳入其出具的具有 CMA 标识的报告中。同时，分包管理不规范，部分机构未对分包方能力进行有效考核，也未在报告中明确标注分包情况。此外，关键技术人员（如技术负责人、授权签字人）发生变更后，未按规定及时办理变更备案手续。

（三）体系文件与管理评审运行失效。部分机构的质量管理体系文件与实际运行脱节，未能有效指导工作。一是体系文件更新不及时，质量手册、记录表格等未随标准换版或机构实际情况同步更新，甚至出现引用作废标准、夹杂其他机构名称的低级错误；二是内部质量活动流于形式，存在未按时开展管理评审、内审和管理评审依据作废标准等问题；三是程序文件未得到有效执行，样品标识、记录填写等具体操作与自身文件规定不符，如样品瓶身标签未按照程序文件要求勾选相应状态标识。

（四）设施环境与样品管理失当。部分机构的检测环境条件保障不足，样品管理混乱。主要表现为：标准物质及样品储存条件不符合要求，如冰箱实际温度与规定保存温度不符；环境监控记录缺失或不完整，存在有监控设备无记录，或记录温度超出控制范围的情况；样品管理存在严重缺陷，如不同类别样品未分区存放、样品保存超期、状态标识缺失等。

（五）设备管理与安全保障存在漏洞。对仪器设备的溯源管理和实验室安全重视不足。一是设备标识管理混乱，已校准设备的标识未及时更新；仪器设备档案不规范，使用记录与体系模板

不一致；实验室存在明显安全隐患，如大量气瓶未采取任何固定措施，安全风险突出。

三、下一步工作要求

各检验检测机构须以此次通报为警示，切实履行主体责任，立即开展系统性自查与整改，举一反三，确保检测工作的规范性与公信力。

（一）全面自查，彻底整改。各机构应严格对照通报问题，立即开展全环节、全覆盖的自查自纠，深入剖析问题根源，完善制度流程，确保在规定时限内完成整改并提交整改报告，坚决杜绝同类问题再次发生。

（二）严守规程，确保质量。各机构必须严格执行法律法规、技术标准和质量管理体系要求，强化从样品接收到报告出具的全过程质量控制，特别是加强样品管理、过程控制和记录审核，确保监测数据真实、准确、完整、可追溯。

（三）加强管理，落实责任。各机构应加强人员培训与监督考核，确保关键岗位人员能力与职责相匹配。要建立健全并严格落实常态化内部审计与管理评审机制，持续改进质量管理体系，不断提升规范化运行水平。

（四）强化监管，提升效能。全市各级市场监管和生态环境主管部门要切实履行监管职责，加强协调联动，形成监管合力。要加大日常监管和专项检查力度，对问题较多、整改不力的机构实施重点监管。要依法严肃查处各类违法违规行为，特别是对数

据弄虚作假等问题，要从严处理，公开曝光典型案例，强化警示震慑效应。

附件：2025 年生态环境检验检测机构监督检查结果


柳州市市场监督管理局
(此件公开发布)


柳州市生态环境局
2026年3月12日

附件

2025 年生态环境检验检测机构监督检查结果

序号	机构名称	处理结果
1	广西壮族自治区三〇五核地质大队实验室	自行整改后通过
2	广西保利环境监测有限公司	责令限期改正
3	广西益全检测评价有限公司	责令限期改正
4	广西中圳检测技术有限公司	责令限期改正
5	广西柳量检测技术有限公司	责令限期改正
6	柳州市污水治理有限责任公司	责令限期改正
7	广西浩大检测科技有限公司	责令限期改正并进一步调查处理
8	广西中陆检测技术有限公司	责令限期改正并进一步调查处理